PRASĪBAS TIRDZNIECĪBĀ LIETOJAMIEM SVARIEM

NEAUTOMĀTISKIE SVARI

Neautomātiskajiem svariem, kurus izmanto tirdzniecības operācijās ir jānodrošina precizitāte visā to lietošanas laikā.


PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

- Likums Par mērījumu vienotību;
- Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 210 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 210);
- Ministru kabineta 2024. gada 14. maija noteikumi Nr. 289 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" (turpmāk Noteikumi Nr.289):
  - Tirdzniecībā izmantotajiem svariem atkārtotās verificēšanas periodiskums ir noteikts ne retāk kā reizi 3 gados.

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS MARĶĒJUMS



VERIFICĒŠANAS ATZĪMES



Inspicēšanas institūcija - LATAK akreditēta svaru atkārtotās verificēšanas institūcija
Paziņotā insitūcija - Eiropas Komisijai paziņota svaru atbilstības novērtēšanas institūcija
Inspicēšanas institūciju saraksts, kuras tiesīgas veikt neautomātisko svaru atkārtoto verificēšanu atradīsiet www.latak.gov.lv (sadaļā akreditētās institūcijas).

Inspicēšanas institūcijas var atteikt verificēšanu, ja svariem nav pieejami apliecinājumi (marķējums uz svariem, piemēram, atbilstības novērtēšanas marķējums vai cits marķējums, ja tāds bija piemērojams) par to atbilstību piemērojamām prasībām brīdī, kad svari tika nodoti lietošanā.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:


www.ptac.gov.lv

pasts@ptac.gov.lv

konsultācijas komersantiem:
68806540 un 68806552


Precizitātes klases (norādītas marķējumā)	Svaru lietošanas nozare	Atkārtotās verificēšanas periodiskums
I	Augstas precizitātes svēršanas operācijām (piemēram, laboratorijās vai juvelierizstrādājumos)	Ne retāk kā reizi 2 gados
II		
III	Vidējas precizitātes svēršanas operācijām (piemēram, ārstniecībā ķermeņa masas noteikšanai)	Ne retāk kā reizi 2 gados
IIII	Svēršanas operācijām, kur nav nepieciešama augsta vai vidēja svēršanas precizitāte (piemēram, graudu, akmeņogļu vai atkritumu svēršana)	
III	Masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā	Ne retāk kā reizi 3 gados
IIII		

Svaru lietotājam ir pienākums nodrošināt pierādījumus par svaru atbilstības novērtēšanu pirms to nodošanas lietošanā, kā arī attiecīgo marķējumu un zīmogojumu saglabāšanu.



Svariem, kas ražoti pēc 2006. gada, ir jābūt pilnam atbilstības novērtēšanas marķējumam. Piemēram, tie nedrīkst būt daļēji nomazgāti vai noplēsti.

SVARI LIETOŠANĀ



* Verificēšanas uzsākšana jauniem svariem
x - atbilstības novērtēšanas gads
p - atkārtotās verificēšanas periodiskums
v - Verificēšanas uzsākšanas laiks (gads līdz 31. decembrim)

$$V = x + p$$

piemēram, III, IIII precizitātes klase neautomātiskajiem svariem, kas tiek lietoti masas noteikšanai tirdzniecībā

CE M26 **0122**

atkārtotā verificēšana jāveic līdz:
V= 26 + 3 --> 2029. gada 31. decembrim